

编号: YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求

检验日期: 2023.01.06

试剂批号: 22301051

配套稀释液批号: 22301032

试剂规格: 5L、10L、15L、20L

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求		检验结果			结果判定 合格(√); 不合格(×)
			瓶 1	瓶 2	瓶 3	
外观	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。		符合要求	符合要求	符合要求	√
净含量	不低于标识值	5L	5.15L	5.16L	5.15L	√
pH 值	25±1℃时, 7.00±0.50。		7.22	7.22	7.21	√
空白值	RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L		0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L		0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。		98.5%			√
结论	检验是否合格		合格			

检验人: 张林

复核人: 张林

批准人: 蒋初阳