

编号：YNH/AJ-15-17-2011

### 样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏宁械备 20150044 号

检验日期：2023.05.25

试剂批号：22305242

产品型号：PLR-01

配套清洗剂批号：22305081

试剂规格：1L、20L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√)； 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
外部标识	产品名称、型号	符合要求				√
	主要成分、净含量					
	产品用途、适用仪器					
	产品注册号					
	执行的产品标准号					
	注意事项					
	生产批号、有效期					
	制造商名称、地址					
产品包装、储运、图示标志应符合 GB/T191-2008 的相应要求						
净含量	不低于标示量	20.05L	20.05L	20.05L	20.05L	√
pH 值	25±1℃时，7.10±0.20	7.01	6.99	7.03	7.01	√
电导率	25±1℃时，18.30±0.50mS/cm	18.23	18.14	18.28	18.22	√
渗透量	310±10mOsm/kg	311	310	313	311	√
空白值	PLT≤2.5×10 <sup>5</sup> /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				

检验人：

复核人：



批准人：