

载脂蛋白 B 检测试剂盒（免疫比浊法）出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求 苏械注准 20172402396

检验日期：2023-09-26

试剂盒批号：2230922

生化仪机型：DS-401

生化仪编号：DS1KS001

紫外可见分光光度计型号：L5

紫外可见分光光度计编号：077015020215050006

试剂盒规格：

型号	规格
96ml（30）	R1：18ml×4 R2：6ml×4 CAL：1ml×1
160ml（40）	R1：30ml×4 R2：10ml×4 CAL：1ml×1
256ml（50）	R1：48ml×4 R2：16ml×4 CAL：1ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围（2SD）
校准品 1	Randox APO CAL	1616LP	2024.10	2.01g/L	
校准品 2	Sinnowa 自制	2230922	2024-09-21	2.16g/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW09193	/	0.77g/L	
质控品水平 1	Randox hum asy control 2	1606UN	2026-05	0.66g/L	0.54-0.77g/L

检验项目	要求	结果		判定	
外观检查	R1 和 R2 均为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√	
净含量测定	不低于标示值	30	R1	/	
			R2	/	
		40	R1	30.5ml	√
			R2	10.0ml	√
		50	R1	/	
			R2	/	
空白吸光度测定	在 340nm 处，光径 1cm 时，空白吸光度 $A \leq 0.200$ 。	0.0882		√	
分析灵敏度	在 340nm 处，光径 1cm 时，测量 1g/L 的载脂蛋白 B 时， $\Delta A_{g/L} \geq 0.15$	0.8696		√	
准确度测定	测定有证参考物质，相对偏差应不大于 10%。	1	-6.49%	√	
		2	-2.60%		
		3	-5.19%		
精密度测定	重复性：CV $\leq$ 3%。	1.27%		√	
	批间差：R $\leq$ 10%	/			
线性范围测定	在试剂测量范围内，用相关系数应不小于 0.9900。	0.9990		√	
	0.4-2.0g/L 范围内，线性相对偏差不超过 10%。	浓度 1	0.69%	√	
		浓度 2	2.04%	√	
		浓度 3	5.14%	√	
		浓度 4	6.62%	√	
		浓度 5	3.33%	√	
校准品外观检查	冻干粉，复溶后为淡黄色液体	符合要求		√	
校准品准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后，测定校准品，相对偏差应不大于 10%。	-0.31%		√	
校准品均一性测定	瓶间变异系数不大于 10%。	0.79%		√	
结论	检验是否合格。	合格			



检验人：林

复核人：王

质量管理部负责人/批准人：陈