

编号: YNH/AJ-15-17-2011

样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏宁械备 20150044 号

检验日期: 2023.10.10

试剂批号: 22310081

产品型号: PLR-01

配套清洗剂批号: 22309221

试剂规格: 1L、20L

设备信息:

| | | | | |
|------|----------|-------------------|--------------|-------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪 | PH 计 | 电导率仪 | 冰点渗透压 |
| 仪器型号 | PL-12 | PHS-3C | DDSJ-303A | FM-8P |
| 仪器编号 | P2JN016C | 600408N0016120545 | 610708050039 | 0614 |

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 合格(√); 不合格(×) |
|------|----------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 澄清液体, 不得有沉淀、颗粒 或絮状物 | 符合要求 | | | | √ |
| 装量 | 不低于标示量 | 20.08L | 20.09L | 20.09L | 20.09L | √ |
| pH 值 | 25°C时, 7.10±0.20 | 检测温度: 25.1°C | | | | √ |
| | | 7.12 | 7.11 | 7.12 | 7.12 | |
| 电导率 | 25°C时, 17.30±0.50mS/cm | 检测温度: 25.1°C | | | | √ |
| | | 17.36 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | |
| 渗透浓度 | 310±10mOsm/kg | 312 | 312 | 314 | 312 | √ |
| 空白值 | PLT≤2.5×10 ⁵ /L | 0 | 0 | 0 | 0 | √ |
| 结论 | 检验是否合格 | | | | | |



检验人: 王峰

复核人: 王峰

批准人: 蒋和刚