

编号：YNH/AJ-15-110-2011

血小板诱聚剂（肾上腺素）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（肾上腺素）产品技术要求：苏械注准 20182400894

检验日期：2023.12.15

试剂盒批号：2231214

检验仪器：PL-12

仪器编号：P2IJ001C

试剂盒规格：4ml（1ml×4）

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.0ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	4.28%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	54.87%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人：[Signature]

复核人：[Signature]

批准人：[Signature]