

编号: YNH/AJ-15-13-2014

## 血细胞分析用溶血剂出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏宁械备 20150086 号

产品型号: HB5D-EOS (嗜酸)

试剂规格: 250mL、1L

检验日期: 2023.12.15

试剂批号: 22312151

设备信息:

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计
仪器型号	HB7501	PHS-3C
仪器编号	H51FN010C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	1.04L	1.04L	1.04L	1.04L	√
pH 值	25±1℃时, pH 值为 4.30±0.50。	4.33	4.37	4.35	4.35	√
空白值	WBC≤0.5×10 <sup>9</sup> /L。	0.0	0.0	0.0	0.0	√
	HGB≤2g/L。	0	0	0	0	√
散点图	在 HB75 系列五分类血液分析仪上测试正常人的新鲜血液, 所得的散点图应符合以下要求: a)嗜酸性粒细胞位于 Y 轴上部; b)淋巴细胞位于图形左下角; c)嗜中性粒细胞位于嗜酸性粒细胞与淋巴细胞之间。	符合要求				√
结论	合格					



检验人: 张群

复核人: 张群

批准人: 蒋明