

丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（酶偶联速率法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏械注准 20172401750

检验日期: 2024-01-10

试剂盒批号: 2240108

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

PH 计型号: PHS-3C

PH 计编号: 600408N0016120566

试剂盒规格:

型号	规格	型号	规格
100ml(30)	R1: 20ml×4 R2: 5ml×4	300ml(50)	R1: 60ml×4 R2: 15ml×4
160ml(40)	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4		

	制造商	批号	有效期至	靶值/标示值	范围 (2SD)
校准品	Randox Calibration Serum Level 3	1298UE	2025-01	143U/L	/
有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E) 090593	/	89 U/L	
质控品水平 1	Randox Assayed Human Sera Level 2	1606UN	2026-05	36U/L	29-43U/L
质控品水平 2	Randox Assayed Human Sera Level 3	1309UE	2026-10	137U/L	110-164U/L

检验项目	要求	结果		判定	
外观检查	无色或淡黄色透明液体, 无悬浮物及沉淀。	符合要求		√	
净含量测定	不低于标示值。	30	R1	/	
			R2	/	
		40	R1	33.0ml	√
			R2	9.4ml	√
		50	R1	/	
			R2	/	
空白吸光度测定	在 340nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \geq 1.000$ 。	1.9928		√	
PH 测定	R1 试剂的 PH 值的范围是 5.5-6.5	6.02		√	
空白吸光度变化率测定	在 340nm 处, 光径 1cm 时, $\Delta A/\text{min} \leq 0.004$ 。	0.0006		√	
分析灵敏度	在 340nm 处, 光径 1cm 时, 测量 1U/L 的 ALT 时, 吸光度变化 $\Delta A_{U/L}/\text{min} \geq 2 \times 10^{-4}$ 。	5.75×10^{-4}		√	
准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后, 测定有证参考物质, 相对偏差 $\leq \pm 15\%$ 。	4.87%		√	
重复性测定	$CV \leq 5\%$ 。	水平 1	3.30%	√	
		水平 2	1.56%		
批间差测定	$R \leq 10\%$ 。	/			
线性测定	在试剂测量范围内, 线性相关系数 r 应不小于 0.9900。 [10-50]U/L 范围内, 线性绝对偏差不超过 $\pm 5U/L$; (50-500)U/L 范围内, 线性相对偏差不超过 $\pm 10\%$ 。	0.9993		√	
		浓度 1	-1.16%	√	
		浓度 2	5.06%	√	
		浓度 3	-1.49%	√	
		浓度 4	-1.66U/L	√	
		浓度 5	-3.56U/L	√	
结论	检验是否合格。	合格			

检验人: 清

复核人: 王 批准人: 高

