

编号: YNH/AJ-15-33-2016

## SBD 清洗液出厂检验报告

检验日期: 2023.02.15

试剂批号: 22302131

试剂规格: 5L

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	√
pH 值测定	25±1℃时的 pH 值应为 12.00-12.10。	12.02	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.6%	√
结论	检验是否合格。		合格



检验人: 张峰

复核人: 王婷

批准人: 蒋淑娟