

编号: YNH/AJ-15-33-2016

SBD 清洗液出厂检验报告

检验日期: 2023.10.22

试剂批号: 22310201

试剂规格: 5L

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	√
pH 值测定	25±1℃时的 pH 值应≥12。	检测温度: 25.3℃ 13.32	√
清洗率	清洗率大于 90%。	98.7%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 张军

复核人: 张军

批准人: 蒋敏