

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（花生四烯酸）产品技术要求: 苏械注准 20182400895

检验日期: 2024.04.01

试剂盒批号: 2240327

试剂盒规格: 4ml (1ml*4)

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

| 检验项目 | 要求 | 结果 | 判定 |
|--------|---|--------|----|
| 外观检查 | 1. 血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或淡黄色疏松粉末; 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。 | 符合要求 | √ |
| 净含量 | 不低于标示量。 | 1.0ml | √ |
| 重复性 | 测定血液标本时, 血小板聚集率的批内变异系数 (CV) 应不高于 10%。 | 2.15% | √ |
| 批内瓶间差 | 测定血液标本时, 血小板聚集率的瓶间变异系数 (CV) 应不高于 10%。 | 3.43% | √ |
| 血小板聚集率 | 测定正常血液标本时, 血小板聚集率应不低于 40%。 | 60.63% | √ |
| 结论 | 检验是否合格。 | | 合格 |



检验人: 王峰

复核人: 王群

批准人: 董明