

编号: YNH/AJ-15-33-2016

## 生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SED 清洗液

试剂批号: 2240418

检验日期: 2024.04.19

试剂规格: 40ml×5

| 检验项目   | 要求   | 检验结果    | 结果判定 |
|--------|--|---------|------|
| 外观检查   | 无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。  | 符合要求    | √    |
| 净含量测定  | 不低于标示值。  | 40.0L   | √    |
| pH 值测定 | SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12;<br>NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。 | 检测温度: — | —    |
|        |  | —       |      |
| 清洗率    | 清洗率大于 90%。   | 98.2%   | √    |
| 结论     | 检验是否合格。  | 合格      |      |



检验人: 张

复核人: 张

批准人: 蒋