

编号: YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（花生四烯酸）产品技术要求: 苏械注准 20182400895

检验日期: 2024.05.17

试剂盒批号: 2240513

试剂盒规格: 4ml (1ml*4)

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	1. 血小板诱聚剂为冻干品, 外观为白色或淡黄色疏松粉末; 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.0ml	√
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的批内变异系数(CV) 应不高于 10%。	2.20%	√
批内瓶间差	测定血液标本时, 血小板聚集率的瓶间变异系数(CV) 应不高于 10%。	3.32%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时, 血小板聚集率应不低于 40%。	61.53%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 王峰

复核人: 王峰

批准人: 王峰