

编号: YNH/AJ-15-33-2016

生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: SBD 清洗液

试剂批号: 22406171

检验日期: 2024.06.19

试剂规格: 5L×2

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	√
pH 值测定	SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12;	检测温度: 25.0℃	√
	NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	13.41	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.2%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 张群

复核人: 李加加

批准人: 李加加